

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana d'un **agitador magnètic** amb calefacció

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Realitzar una **neteja periòdica** per a prevenir l'acumulació de pols i brutícia.

Inspeccionar les connexions elèctriques i reemplaçar qualsevol cable en mal estat.

Comprovar l'estat de l'ímant i la barra magnètica per a evitar lliscaments durant l'agitació.

Lubrificar i ajustar les parts mecàniques en cas de detectar sorolls o vibracions anòmales.

Verificar el **control de velocitat** recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.