

Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de un **agitador magnético con calefacción**

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Realizar una **limpieza periódica** para prevenir la acumulación de polvo y suciedad.

Inspeccionar las conexiones eléctricas y reemplazar cualquier cable en mal estado.

Comprobar el estado del imán y la barra magnética para evitar deslizamientos durante la agitación.

Lubricar y ajustar las partes mecánicas en caso de detectar ruidos o vibraciones anómalas.

Verificar el **control de velocidad** para asegurar su correcto funcionamiento y evitar variaciones inesperadas.

Recomendamos **seguir siempre las instrucciones del fabricante.**



Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.