KitCare
labcare 365

CALOR

Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de **Autoclaves**

Check List ✓ ✗

Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Limpiar la cámara después de cada jornada, con un paño suave y productos no corrosivos con el fin de evitar acumulación de suciedad, residuos biológicos o químicos.

Revisar regularmente la entrada de agua y los desagües comprobando que no estén obstruidos. Limpiarlos en caso necesario.

Verificar que la junta de la puerta esté en buen estado, sin grietas o deformaciones, y que el cierre sea hermético para evitar fugas de vapor y pérdida de eficacia. Si es preciso cambiar la junta, y siempre que se encuentre en la base (cuba), seguir el siguiente esquema:



Anclar en 4 puntos iniciales. Completar cada cuarto de goma entre dos puntos hasta encajarla totalmente en la base de la circunferencia.

Examinar regularmente que el cable de alimentación, el enchufe y la toma eléctrica estén en buen estado, sin signos de sobrecalentamiento, cortes o conexiones sueltas.

Comprobar el sistema de carga, verificando que las cestas, bandejas y soportes estén en buen estado, bien colocados y sin deformaciones. Una carga incorrecta puede afectar la distribución del agua y del calor, comprometiendo la eficacia del ciclo de desinfección.

Recomendamos **seguir siempre las instrucciones del fabricante.**

Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.